

【神経刺激装置を挿入している場合】

神経刺激装置を挿入している場合は、患者様が自分で電源を OFF にする、もしくは患者家族が電源を OFF にすることで CT 検査が可能です。

患者様の認知能力や検査当日に家族が付き添い可能か、などの確認をお願いします。

（当院スタッフが装置の OFF、ON 操作を行うことはできません。）

ON のままで X 線を照射すると誤作動を起こす可能性がありますので、検査を行うことはできません。